



## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,  
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В  
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГМС НЕФТЕМАШ"**

---

наименование

**RA.RU.311402**

---

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **625003, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Военная, дом 44 строение 6, Литера А9.**

---

адреса мест осуществления деятельности

2. **625003, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Военная, дом 44, Литера А3.**

---

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям  
102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

625003, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Военная, дом 44 строение 6,  
Литера А9.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (ГНЭ)					
2.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Многофазные расходомеры;	объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям: от 24 до 479 м³/сут	Погрешность: ПГ ± 5 % ;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (ГНЭ)					
2.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Установки измерительные, системы, комплексы измерительные массового расхода жидкой смеси в составе газожидкостной смеси и объемного расхода газа в составе газожидкостной смеси ;	массовый расход жидкой смеси в составе газожидкостной смеси: от 0,2 до 100 т/ч  объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям: от 40 до 62500 м³/ч	Погрешность: ПГ ± 2,5 %  ПГ ± 5,0 % ;	-

Начальник отдела - главный метролог

\_\_\_\_\_

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

\_\_\_\_\_

подпись уполномоченного лица

А.В. Самилло

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия уполномоченного лица